

L'AQUILA, 24.04.2018

PROT 3028438/18

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART.66 D.LGS. 50/16 E SS.MM.II.

OGGETTO: GARZE, PEZZE LAPARATOMICHE, BENDA DI GARZA, COTONE, TAMPONI

La ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (d.lgs 56/17), intende procedere all'acquisto dei sottoelencati dispositivi medici:

Lotto 1

- Garza idrofila titolo 12/8 filato 32/40 sterilizzabile

Lotto 2

- Pezze laparatomiche orlate, cucitura rettilinea nastro di bario radiopaco 4 strati, sterilizzabile

Lotto 3

- Benda garza idrofila orlata a trama stretta, sterilizzabile
-

Lotto 4

- Cotone idrofilo puro al 100% sterilizzabile
- Cotone di Germania

Lotto 5

- Tamponi di garza a gnocchetti sterilizzabili
- Tamponi chirurgici "Lunghette laparatomiche" in cotone con filo di bario, sterilizzabili

Lotto 6

- Garza laparatomica in cotone 4 strati, sterile
- Compresse garza idrofila 16 strati, sterile

Lotto 7

- Pezze laparatomiche orlate, cucitura rettilinea nastro di bario radiopaco 4 strati, sterilizzabili, in blister da 5 pezzi, doppia busta

Lotto 8

- Tamponi con filo di bario mm. 12 in buste da 10 pz.

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE

MEDICAZIONE IN GARZA DI COTONE
CLASSE DI RISCHIO I: non sterile; IIA: sterile
Compresse di garza , pezze, tamponi-cotone-bende

Caratteristiche generali:

LOTTO 1

Garza pretagliata VARIE MISURE

Puro cotone di 1° qualità, bianco candido

medicazione in cotone di tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature, non s fibrata dal candeggio e asciugata con passaggio alla calandra, priva di sostanze solubili in acqua, di amido, di destrine, coloranti sbiancanti e praticamente inodore, Rispondente ai requisiti della F.U. vigente;

Non deve ingiallire dopo sterilizzazione;

Titolo 12/8 e/, filato 32/40, peso non inferiore a g.29 e non superiore a g. 33x m2, pretagliata in compresse con angoli a 90°, di misura da definirsi specificatamente, priva di cimosa, confezionata in pacchi di carta rivestiti di cellophan da 1000g peso netto, sufficientemente resistente alla rottura e tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti.

L'etichette di ogni singola confezione da 1 Kg di garza pretagliata deve riportare: titolo, dimensioni, peso e tutte le altre indicazioni previste dalla F.U. vigente.

LOTTO 2 - 7

Pezze laparatomiche in garza idrofila

di puro cotone TIT. 12\8 peso non inferiore a 29 GR/MQ e non superiore a 33 GR/MQ. A quattro strati con cuciture interne in busta peel open.

le cuciture devono essere tutte ripiegate internamente e saranno pertanto escluse tutte le garze con cuciture esterne a zig-zag, il nastro di bario deve essere inserito nella trama della garza, lungo il lato della stessa.

N.B. per tutte le voci per le quali è richiesto il nastro di bario , lo stesso deve intendersi intessuto nella trama.

Le buste e carte di sterilizzazione utilizzate per il confezionamento delle confezioni delle garze delle pezze laparatomiche devono essere confezionate in buste tipo steri-dual, cioe' in carta e film plastico di polipropilene/poliestere trasparente colorato, indicatore chimico specifico stampato sul lato carta.

La carta deve essere a bassa porosita' e resistente alle sollecitazioni meccaniche. le buste devono essere chiuse con una saldatura a tre punti .

Compresse di garza idrofila sterili

cucita in quattro strati, con nastro di bario radiopaco, la garza deve rispondere, per le caratteristiche generali, ai requisiti descritti nella monografia "garza idrofila di cotone" titolo del tessuto: 12/8 per la garza in Kg e per le laparatomiche e bende,

titolo del filato: 32/40

peso x m2 g.29-33

LOTTO 3

Bende di garza in rotoli-bende auricolari -oftalmiche

Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

garza idrofila di puro cotone, titolo 12/8,

filato 32/40, peso g. 29-33 m2

pretagliata in bende di varia misura orlate,

in pacchetti da 5 o 10 rotoli da 5 mt.

Benda di garza impregnata di iodoformio non inferiore al 10% da mt 1 in bustina sterile

Tale composizione deve essere dichiarata in etichetta.

Titolo tessuto 12/8

Titolo filato 32/40

Peso m2 gr 29-33

LOTTO 4

COTONE IDROFILO CLASSE I

Caratteristiche:

- ovatta di puro cotone idrofilo non sterile per uso sanitario tipo oro

- composizione: fibre cotone 100%

- conforme F.U. vigente e scevro da polvere e impurezze

- bioburden valore minore a 500 U.F.C./g.

La scheda tecnica dovrà, tra l'altro, includere i seguenti valori: coefficiente di assorbimento e tempo immersione.

Confezionamento:

confezione singola da 1 kg pressato (peso netto in sacchetti di polietilene) in cartone da max 20KG

OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI CLASSE I

Caratteristiche:

in fibre naturali e sintetiche legate tra loro da agugliatura

tessuto idrofugo, morbido, leggero, resistente allo srotolamento e di consistenza,

uniforme, facile allo strappo, atto a favorire la facilità di fasciatura, sterilizzabile,

bioburden inferiore a 500UCF/ge) - ciascun rotolo confezionato singolarmente con

incarto ad anello, in confezionamento secondario da max 10 pz. g) Nell'offerta tecnica

dovrà essere dichiarata la modalità di sterilizzazione utilizzabile. Destinazione d'uso:

dispositivo non invasivo per imbottiture sottogesso.

GARZA IODOFORMICA

Caratteristiche:

- cotone 100%, di buona qualità, sufficientemente morbida

- tessitura regolare, non obliqua e bordi privi di sfilacciature e cimose con un titolo di 12/8, filato 32/40

- non sterile, monouso

- con iodoformio ripartito in modo uniforme in quantità non inferiore al 10%

- confezionamento: in confezione singola con materiale idoneo (carta resistente e perfettamente sigillata, con elevata impermeabilità in modo da garantire una costante concentrazione di iodoformio nel tempo). Deve essere presente anche una ulteriore protezione con involucro di carta scura atta ad assicurare la stabilità dello iodoformio (doppio incarto).

Destinazione d'uso: dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.

LOTTO 5 - 8

TAMPONI DI GARZA STERILI ROTONDI CON FILO DI BARIO CLASSE IIA

Tamponi di garza a gnocchetti e lunghette con filo di bario

Caratteristiche tecniche

Campionatura congrua.

Caratteristiche:

- tamponi morbidi, di forma sferica, confezionati con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo, tenuto in forma da apposita piegatura
- titolo garza 12/8, filato 32/40 con un peso di compreso tra 29 e 33 g)
- il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U. vigente, privo di sfilaccature e cimose
- senza elastico
- filo di bario in cotone, non gommato, saldamente intessuto nella trama e privo di lattice
- confezionati in doppia busta, con apertura peel-open, con doppia etichetta, rimovibile, riportanti: n. di lotto, n. di pezzi contenuti nella confezione, scadenza e misure. Entrambe le etichette vanno apposte sulla prima busta lato esterno. Le due etichette non devono avere misura superiore a 2x4 cm circa
- confezionamento da 5 pz.

LOTTO 6 (MATERIALE STERILE)

Garza laparatomica e compresse sterili CLASSE IIA

Comprese di garza idrofila sterili

cucita in quattro strati, con nastro di bario radiopaco, la garza deve rispondere, per le caratteristiche generali, ai requisiti descritti nella monografia "garza idrofila di cotone" titolo del tessuto: 12/8 per la garza in Kg e per le laparatomiche e bende, titolo del filato: 32/40 peso x m2 g.29-33

Con il presente avviso, s'intende svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 19/04/2017 N. 56, al fine di ricercare operatori economici in grado di fornire i medesimi prodotti oppure, altri equivalenti secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui un operatore economico intenda proporre soluzioni equivalenti, lo stesso dovrà allegare una manifestazione d'interesse con apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti dei dispositivi sopra elencati. Tale documentazione sarà valutata dalle U.O. competenti della ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ai fini della sussistenza dell'equivalenza.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare alla ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, utilizzando il modello in allegato Sub A1, il proprio intendimento entro e non oltre le **ore 18:00 del 18.05.2018** per partecipare a una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura dei dispositivi medici specificatamente sopra indicati oppure, a proporre soluzioni alternative equivalenti descrivendone compiutamente le caratteristiche.

La succitata dichiarazione dovrà essere trasmessa alla dott.ssa **Michela D'AMICO** fax **0862.368942** o alla e-mail **cfruttaldo@asl1abruzzo.it** e dovrà riportare nell'oggetto il numero di protocollo e data del presente avviso unitamente alla dicitura "Approvvigionamento **GARZE, PEZZE LAPARATOMICHE, BENDA DI GARZA, COTONE, TAMPONI**"

N.B. si prega di non inserire nessun riferimento di tipo economico alla manifestazione d'interesse inviata e ad ogni eventuale ulteriore documentazione allegata.
Per eventuali informazioni rivolgersi a Dott. Carlo FRUTTALO Tel. 0862/368056; 0863/499206.

IL R.U.P.
(Dott.ssa Michela D'AMICO)


