

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 870 DEL 27 APR. 2018

OGGETTO: Servizi di Ingegneria Clinica – **Aggiudicazione gara su MePA R.d.O. n. 1774933** – Acquisto di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano – C.P.V. 33168000-5 – CIG 7259047316 - Importo € 142.000,00 oltre Iva. – Ditta Archis Srl.
ATTUAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE DELIBERA N. 1695/17 – SPESA BILANCIO 2018.

IL DIRETTORE GENERALE, Dott. Rinaldo Tordera, nominato con atto di Giunta Regionale d'Abruzzo n.152 del 10/03/2016, su conforme istruttoria, proposta in data 12/04/2018 dalla U.O.C. di Ingegneria Clinica, adotta la presente deliberazione.

PREMESSO che:

- con Deliberazione del D.G. n. 1695 del 9/11/2017, giusta determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 del DLgs 50/16, e successiva Delibera del D.G. n. 2266 del 20/12/2017 modificativa nella sola parte riguardante le specifiche tecniche e criteri valutativi, si è preso atto della necessità di acquisto di n. 1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano;
- con il medesimo atto è stata indetta per tale acquisizione, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70/30), di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016, per un valore a base di gara di € 160.000,00 oltre iva, di seguito espletata dal RUP sul portale informatico MePA tramite RdO n. 1774933, invitando le n. 8 ditte: Archis Srl, Arthrex Italia Srl, Conmed Italia Srl, Fimas Srl, Movì Spa, Olympus Italia Srl, Pentax Italia Srl e Stryker Italia Srl;
- con Deliberazione del D.G n. 291 del 09/02/2018, di ammissione/esclusione dei concorrenti in esito alla fase amministrativa di gara, pubblicata sul portale ASL nell'area riservata alla "trasparenza" dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, è stato reso noto lo svolgimento e l'esito della prima seduta pubblica del 26/10/2017, giusto VERBALE n°1 DEL SEGGIO DI GARA pubblicato in allegato alla succitata deliberazione, che ha visto le n. 2 ditte partecipanti "Olympus Italia Srl" e "Archis Srl", entrambe ammesse come concorrenti al proseguo di gara;
- con successiva Deliberazione n. 344 del 16/02/2018 pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul portale ASL nell'area riservata alla "trasparenza" dell'attività amministrativa, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice per la RdO n. 1779433, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico.

CONSTATATO che:

- alle successive fasi di gara hanno provveduto, giusta previsione del Disciplinare di gara, il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice, rispettivamente per le distinte attività amministrative, espletate secondo le previste procedure telematiche sul sito MePA e di valutazione tecnica, come si evince dai n. 6 verbali allegati al presente atto, indicati con lettera da A.1) ad A.6), di seguito riportati in sintesi:

A.1 Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 28/02/2018 – *seduta telematica pubblica online* – apertura buste virtuali "documentazione tecnica", riscontro presenza e conformità della documentazione tecnica presentata.



A.2 Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 07/03/2018– *seduta riservata* - verifica di rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti dalle specifiche tecniche, richiesta di chiarimenti tecnici ad entrambe le ditte concorrenti “Archis Srl” e “Olympus Italia Srl”.

A.3 Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del 16/03/2018 – *seduta riservata* – riscontro ed esamina delle risposte ai chiarimenti richiesti ad entrambe le ditte– Richiesta di ulteriore chiarimento alla ditta “Olympus Italia Srl”.

A.4. Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 27/03/2018- seduta riservata – riscontro ed esamina della risposta al chiarimento presentato dalla ditta “Olympus Italia Srl” , valutazione delle offerte tecniche ad entrambe le ditte, formulazione dei giudizi per ogni criterio di qualità con attribuzione e calcolo dei punteggi.

A.5 Verbale n. 2 del Sedgio di Gara del 29/03/2018 – *seduta telematica pubblica online* - pubblicazione dei punteggi qualitativi ed apertura virtuale ed esamina della “busta economica” con riscontro della presenza e conformità della documentazione richiesta, calcolo del punteggio economico.

A.6 Verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice del 29/03/2018- seduta riservata – verifica congruità dell’offerta e scioglimento della riserva di anomalia sulla 1^ classificata, ditta “Archis Srl” .

- le risultanze di gara, in sintesi riepilogate nella sottostante tabella, evidenziano per l’offerta della “Archis Srl”, prima classificata, con punteggio di qualità **PQ= 70,00/70**, punteggio economico **PE= 27,76/30**, punteggio totale **PT=(PQ+PE) 97,76/100**, per il prodotto sotto riportato:

Ditte partecipanti	Punteggi: PT (Totale =PQ+PE) PQ (Qualità) PE (Economico)	Graduatoria	Prodotto ed importo offerto
Archis Srl	PT = 97,76/100 PQ = 70,00/70 PE = 27,76/30	1^ Classificata	Colonna marca Karl Storz mod. IMAGE 1S Importo € 142.000 i.e.
Olympus Italia srl	PT = 93,17/100 PQ = 63,17/70 PE = 30/30	2^ Classificata	Colonna marca Olympus mod. VISERA II Importo € 131.409,40 i.e.

- il RUP conseguentemente ha provveduto, in seduta telematica pubblica online sulla piattaforma MePA, alla “aggiudicazione provvisoria” in favore della “Archis Srl”, come da classifica MePA e da suddetti verbali;
- l’offerta economica **in allegato B)**, presentata dalla “Archis Srl” per la fornitura in questione, pari ad € 142.000,00 oltre iva, pertanto inferiore all’importo a base di gara di € 160.000,00 oltre iva, prevede la fornitura di strumentazione laparoscopica per chirurgia di marca “Karl Storz” mod. “Image 1S”;
- il RUP ha riscontrato la validità del DURC tramite il portale “Durc On Line” per la ditta “Archis Srl” con prot. INPS_9692746 in atti ed espleta la verifica dei requisiti del contraente, come da documentazione in atti.

CONSIDERATO che:

- con l’approvazione del presente atto il RUP provvederà alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva in favore della “Archis Srl” sul portale informatico del Me.P.A., a rendere noto ai concorrenti l’esito della procedura oggetto del presente atto ed all’emissione del documento di “Stipula” predisposto dal MePA, sul quale, alla ditta aggiudicataria della R.d.O., verrà richiesto il dovuto pagamento dell’imposta di bollo in esecuzione della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 Dicembre 2013;
- il medesimo RUP provvederà altresì a richiedere alla “Archis Srl”, la Garanzia fideiussoria definitiva nella misura di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e, successivamente, a registrare sul sistema informatico-contabile aziendale, l’importo di € 173.240,00 iva inclusa sul Bilancio 2018 - *Conto di Mastro di competenza 010102050101 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” - Budget n. 18 assegnato all’U.O.C. Ingegneria Clinica* - nonché il relativo “contratto” meccanografico;
- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs.50/16, dopo la verifica del possesso dei requisiti propedeutici alla sottoscrizione del contratto e l’U.O.C. Ingegneria Clinica avrà cura, attraverso il RUP come prescritto dalla norma, agli adempimenti previsti dal Codice ed alle pubblicazioni di legge in esito di gara, nonché alla pubblicità dell’avviso sui risultati di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) posto **in allegato C)**, in linea con le informazioni di cui all’art.99 del D.Lgs.50/16;



l'ordinativo di fornitura potrà essere emesso senza dover attendere il termine dilatorio dei 35 giorni, come disposto dall'art.32 comma 10 lett. b) del D.Lgs.50/2016 per le procedure espletate sul MePA.;

- l'U.O.C. di Ingegneria Clinica avrà il compito di espletare la procedura di liquidazione informatica delle fatture che perverranno, previa verifica della regolarità contributiva della "Archis Srl" e previo specifico esito positivo del collaudo tecnico-amministrativo della fornitura;
- il presente atto, unitamente alla documentazione della R.d.O. con i relativi allegati ed alla documentazione tecnico-economica presentata in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria, assume valore contrattuale con efficacia subordinata alla firma del documento di "Stipula" predisposto dal Me.P.A., all'ordine meccanografico di fornitura emesso dal RUP ed al positivo esito della verifica dei sopra richiamati requisiti, nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
- nell'ambito della procedura sopra descritta si ravvisa la necessità di applicare l'immediata esecutività al presente atto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater della L. 241/90, al fine di formalizzare l'aggiudicazione della fornitura in questione in ragione di consentire, nel più breve tempo possibile, l'utilizzo della colonna 3D per chirurgia laparoscopica all'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano, a beneficio dell'utenza sanitaria.

VISTI i verbali di gara **in allegato da A1) ad A6)**, l'offerta economica della "Archis Srl" **in allegato B)** e l'avviso sui risultati relazione **in allegato C)**, quali parti integranti e sostanziali al presente atto

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) **di dare atto** delle risultanze della gara espletata su Me.P.A. con R.d.O. n. 1774933 ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla Delibera di indizione n. 1695 del 9/11/2017 e successiva Delibera del D.G. n. 2266 del 20/12/2017 modificativa nella sola parte riguardante le specifiche tecniche e criteri valutativi, per la fornitura di n. 1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano, come da verbali **allegati con lettere da A.1) ad A.6)**, in sintesi riepilogate nella seguente tabella:

DITTE INVITATE		<i>Archis Srl – Arthrex Italia Srl - Conmed Italia Srl - Fimas Srl – Movi Spa - Olympus Italia Srl – Pentax Italia Srl – Stryker Italia Srl</i>	
DITTE PARTECIPANTI E GRADUATORIA FINALE RdO 1774933 – (Nessuna ditta esclusa) Importo a base d'asta € 160.000,00 oltre iva			
Ditte partecipanti	Punteggi: PT (Totale =PQ+PE) PQ (Qualità) PE (Economico)	Graduatoria	Prodotto ed importo offerto
<i>Archis Srl</i>	<i>PT = 97,76/100 PQ = 70,00/70 PE = 27,76/30</i>	<i>1^ Classificata</i>	<i>Colonna marca Karl Storz mod. IMAGE 1S Importo € 142.000 i.e.</i>
<i>Olympus Italia srl</i>	<i>PT = 93,17/100 PQ = 63,17/70 PE = 30/30</i>	<i>2^ Classificata</i>	<i>Colonna marca Olympus mod. VISERA II Importo € 131.409,40 i.e.</i>


- 2) **di aggiudicare** la procedura eseguita sulla piattaforma informatica del Me.P.A. tramite R.d.O. n. 1774933, in favore della "Archis Srl", prima classificata, per un importo complessivo pari ad € 142.000,00 oltre iva, come da offerta economica **in allegato B)** presentata dalla medesima ditta;
- 3) **di dare mandato** al R.U.P. dell'U.O.C. Ingegneria Clinica per le verifiche di legge sull'aggiudicatario e per l'espletamento di tutte le attività necessarie per la fase di stipula e di esecuzione del contratto, nonché per le pubblicazioni di legge dell'esito di gara e per la pubblicità della relazione unica finale posta in **allegato C)**, di cui all'art.99 del D.Lgs.50/16;
- 4) **di dare mandato** al medesimo RUP di registrare, nel sistema informatico-contabile aziendale, l'importo di € 173.240,00 iva inclusa sul Bilancio 2018 - *Conto di Mastro di competenza 010102050101 "Attrezzature*

sanitarie e scientifiche" - Budget 18 assegnato all'U.O.C. Ingegneria Clinica - e di emettere l'ordinativo di fornitura, previo inserimento dei dati di "contratto" sul programma di contabilità aziendale che, unitamente alla documentazione della R.d.O. ed all'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, assume valore contrattuale con efficacia subordinata all'emissione dell'ordine;

- 5) **di dare mandato** all'U.O.C. Ingegneria Clinica di espletare la procedura di liquidazione informatica delle fatture che perverranno in relazione alla fornitura in questione, previo positivo collaudo tecnico-amministrativo, eseguito come da prassi, contestualmente con la presa in carico della strumentazione da parte del Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano e, previa positiva verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- 6) **di dare mandato** all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, per la successiva inventariazione del bene con registrazione del cespite in bilancio ed apposizione dell'etichettatura;
- 7) **di dare mandato** all'U.O.C. Affari Generali per le pubblicazioni di legge con invio di copia alla U.O.C. Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie ed all'U.O.C. Ingegneria Clinica, la quale provvederà ad inviarne copia all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano, al Direttore del Dipartimento Chirurgico ed alle ditte partecipanti alla R.d.O. n. 1774933;
- 8) **di dare mandato** all'U.O.C. Ingegneria Clinica di provvedere, per il tramite del RUP, alla pubblicità del presente atto sul sito aziendale, nell'apposita sezione dedicata alla "trasparenza" dell'attività amministrativa ed all'inserimento del CIG sul programma aziendale per gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, di cui alla L. 190/12;
- 9) **di conferire** al presente atto immediata esecutività, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater della L. 241/90, al fine di formalizzare l'aggiudicazione della fornitura in questione in ragione di consentire, nel più breve tempo possibile, l'utilizzo della colonna 3D per chirurgia laparoscopica all'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano, a beneficio dell'utenza sanitaria.

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto, previa istruttoria, dall'U.O.C. competente, ai sensi del capo 2) della legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che ha verificato la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico.


L'estensore Istruttore
(Ing. Pamela Menna)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Rag. Daniele De Angelis)



Il Direttore di U.O.C.
(Ing. Fabrizio Andreassi)




In relazione all'art.3 comma 7 del Decreto Legislativo 30-12-92 n°502, come sostituito dall'art. 4 punto e) del Decreto Legislativo 07-12-1993 n°517 e come ulteriormente modificato dall'art.3 del D.Lvo 19-06-1999, n°229, esprime parere:



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



(Dott.ssa Laura Coppola)



IL DIRETTORE SANITARIO



(Dott.ssa Maria Teresa Colizza)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rinaldo Tordera)



VERBALE N.1) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA TELEMATICA PUBBLICA ONLINE PER APERTURA BUSTE VIRTUALI

"DOCUMENTAZIONE TECNICA": RISCONTRO PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DIGITALE RICHIESTA DALLA ASL.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su Mepa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *ventotto* del mese di *febbraio* alle ore *9:00*, presso la sede dell'U.O.C. Ingegneria Clinica nel P.O. "*San Salvatore*" in L'Aquila, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del D.G. n. 344 del 16/02/2018, per l'apertura delle Buste Virtuali "*Documentazione Tecnica*" inerenti la procedura suindicata al fine di riscontrare la presenza della documentazione digitale richiesta dalla Asl.

Preliminarmente i membri della Commissione, al fine di poter espletare le pubbliche funzioni di conduzione e conclusione delle attività valutative di gara con imparzialità di giudizio, consegnano apposita autodichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità o astensione indicate dagli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016, dell'art.35 bis comma 1 lett. c), del D.Lgs n.165/2001 e dell'art.51 del C.P.C. e consegnano altresì il proprio curriculum vitae.

Tali documenti, acquisiti agli atti, saranno pubblicati a cura del RUP sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet della ASL per adempiere agli oneri di cui agli artt. 29 e 42 del D.lgs.50/2016.


Pertanto, la Commissione Giudicatrice è regolarmente costituita e così composta:


- **Presidente:** Dott. Giuseppe Carducci – Dirigente Medico di U.O. Chirurgia Senologica del P.O. Avezzano;
- **Componente :** Dott. Paolo De Meis – Dirigente Medico di U.O. Chirurgia Digestiva del P.O. Avezzano;
- **Componente:** Ing. Stefano Filauri – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Il Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo è il Rag. Daniele De Angelis, RUP in seno all'U.O.C. Ingegneria Clinica.

La Commissione prende atto che entro il termine prefissato alle ore 18:00 del 29/01/2018, sono pervenute sul profilo MePA della stazione appaltante le offerte presentate dai sottoelencati n. 2 Operatori Economici:

- 1) Archis Srl – p.i. 00275000693
- 2) Olympus Italia Srl – p.i. 10994940152





La Commissione prende atto altresì che il giorno 30 Gennaio 2018 il Seggio di Gara, composto dal RUP e, in qualità di testimoni, dalla Dr.ssa Isabella Tuccella e dall' Ing. Pamela Menna in seno all'U.O.C. Ingegneria Clinica, ha affettuato la seduta telematica pubblica online per l'apertura della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici partecipanti, i quali sono stati ammessi con Deliberazione n. 291 del 09/02/2018 all'odierna fase di apertura telematica delle Buste Virtuali "Documentazione Tecnica" e sono stati invitati a seguire online la presente seduta mediante apposita comunicazione ASL prot. n. 0021777/18 del 31/01/2018, inviata tramite l'area "Comunicazioni" del MePA.

Pertanto, alle ore 9:00 circa il Segretario procede, alla presenza della Commissione, in seduta telematica pubblica online sulla piattaforma MePA, con l'apertura delle Buste Virtuali "Documentazione Tecnica" presentata dai succitati Operatori Economici partecipanti la R.d.O. n. 1774933 e ne riassume l'esito:

- La Commissione riscontra la presenza e l'integrità di tutti i documenti richiesti nel Disciplinare della RdO, verificandoli singolarmente.
- Il presidente dà mandato al RUP di approvare sulla piattaforma MEPA la documentazione tecnica e tutte gli Operatori Economici, nessuno escluso, sono ammessi alla successiva fase riservata di "Valutazione Tecnica della Commissione".
- Alle ore 11:40 viene disattivata la seduta telematica e il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

La Commissione si autoconvoca per la seduta riservata di valutazione della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alle ore 10:00 di Mercoledì 07/03/2018.

Al Segretario viene demandata la custodia di copia della documentazione di gara, scaricata e stampata dalla piattaforma MePA fino alla data odierna, in armadio chiuso a chiave presso l'U.O.C. di Ingegneria Clinica.

L'Aquila, 28/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Giuseppe Carducci

Dott. Paolo De Meis

Ing. Stefano Filauri

Rag. Daniele De Angelis - Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo

VERBALE N.2) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA RISERVATA DI "VALUTAZIONE DELLE OFFERTE": VERIFICA SPECIFICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI DELLE OFFERTE PERVENUTE, VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMULAZIONE DEI GIUDIZI ED ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI VALUTATIVI CON CALCOLO DEI PUNTEGGI DI QUALITÀ.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su Mepa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

/-----/

La Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, autoconvocata alle ore 10.00 del giorno 07/03/2018 a termine della seduta pubblica del 28/02/2018, inizia la seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche pervenute dalle ditte "Archis Srl" e "Olympus Italia Srl", concorrenti per la RdO n. 1774933.

La Commissione in primo luogo esamina la documentazione tecnica presentata al fine di verificare, innanzitutto, se entrambe le offerte pervenute soddisfano ai requisiti minimi richiesti dalle "specifiche tecniche".

Dall'esamina effettuata la Commissione ritiene opportuno chiedere per il tramite del RUP, con specifiche e rispettive note, chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata dalla ditte partecipanti, chiedendo nello specifico:

ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL

1° chiarimento : se sono eseguibili direttamente dalla testina della telecamera le funzioni di : bilanciamento del bianco, settaggi fonte luce, regolazione dell'insufflatore, acquisizioni immagini con funzione di start-stop e regolazione potenza luminosità,.

2° chiarimento : se gli endoscopi sono dotati di messa a fuoco automatica.

3° chiarimento : se il sistema di lavaggio ha la predisposizione del bilanciamento dei liquidi per isteroretoscopia.

ALLA DITTA ARCHIS SRL

1° chiarimento : specificare la capacità dell' hard disk del sistema di archiviazione e refertazione.

2° chiarimento : specificare se l'insufflatore di CO2 ha l'elemento riscaldante integrato nel tubo.






La Commissione, nell' attesa dei chiarimenti richiesti, necessari a valutare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti dalle "specifiche tecniche", si autoconvoca per le ore 09:30 di venerdì 16/03/2018, per il proseguo della seduta riservata di valutazione della documentazione tecnica presentata.


Il presidente demanda al RUP la custodia dei documenti di gara in armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell' U.O.C. di Ingegneria Clinica e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 del 07/03/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.


L'Aquila, 07/03/2018

La Commissione Giudicatrice:


Dott. Giuseppe Carducci



Dott. Paolo De Meis



Ing. Stefano Filauri



Rag. Daniele De Angelis - Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo



VERBALE N. 3) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA RISERVATA DI "VALUTAZIONE DELLE OFFERTE": RISCONTRO ED ESAMINA DELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI, VALUTAZIONE PER LA RISPONDENZA DELLE OFFERTE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI GARA, FORMULAZIONE DEI GIUDIZI ED ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI VALUTATIVI CON CALCOLO DEI PUNTEGGI DI QUALITÀ.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su Mepa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

/-----/

La Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, autoconvocata alle ore 09.30 del giorno 16/03/2018 a termine della seduta del 07/03/2018, inizia la seduta riservata per il riscontro ed esamina delle risposte ai chiarimenti richiesti presentate dalle ditte partecipanti, posti in **allegato con lettere A) e B)**.

La Commissione in primo luogo esamina i chiarimenti prodotti dalle ditte partecipanti e ne riassume l'esito:

DITTA OLYMPUS ITALIA SRL

Valutazione 1° chiarimento: *la Commissione non ritiene esaustivo il chiarimento prodotto dalla ditta Olympus, in quanto non trova riscontro, nel manuale tecnico indicato nel chiarimento, a quanto dichiarato dalla medesima ditta circa la possibilità di gestire direttamente dalla testina della telecamera la funzione di regolazione dell'insufflatore. La commissione, pertanto, ritiene opportuno chiedere alla ditta Olympus ulteriore chiarimento in merito al succitato aspetto dell'offerta tecnica.*


Valutazione 2° chiarimento: *la Commissione ritiene esaustivo il chiarimento prodotto e, pertanto, rispondente al requisito richiesto dalle "Specifiche tecniche".*

Valutazione 3° chiarimento: *la Commissione ritiene esaustivo il chiarimento prodotto e, pertanto, rispondente al requisito richiesto dalle "Specifiche tecniche".*

DITTA ARCHIS SRL

Valutazione 1° chiarimento: *la Commissione ritiene esaustivo il chiarimento prodotto e, pertanto, rispondente al requisito richiesto dalle "Specifiche tecniche".*

Valutazione 2° chiarimento: *la Commissione ritiene esaustivo il chiarimento prodotto e, pertanto, rispondente al requisito richiesto dalle "Specifiche tecniche".*



Dall'esamina dei chiarimenti ricevuti, la Commissione ritiene opportuno chiedere ulteriore chiarimento alla ditta Olympus circa la possibilità di seguire, con il sistema offerto, la funzione di regolazione dell'insufflatore direttamente dalla testina della telecamera, demandando al RUP di provvedere all'inoltro della richiesta.


La Commissione nell'attesa del chiarimento richiesto, necessario a valutare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti dalle "specifiche tecniche", si autoconvoca per le ore 09:30 di martedì 27/03/2018 per il proseguo della seduta riservata di valutazione dei criteri e formulazione dei giudizi, con conseguente attribuzione dei coefficienti valutativi e calcolo dei punteggi di qualità alle offerte tecniche pervenute dalle ditte "Archis Srl" e "Olympus Italia Srl", concorrenti per la RdO n. 1774933.

Il presidente demanda al RUP la custodia dei documenti di gara in armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 del 07/03/2018.


L'Aquila, 16/03/2018

La Commissione Giudicatrice


Dott. Giuseppe Carducci



Dott. Paolo De Meis



Ing. Stefano Filauri



Rag. Daniele De Angelis - Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo



OLYMPUS

Your Vision, Our Future

ALLEGATO A)
DEL VERBALE N°3
DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Spettabile
ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-
L'AQUILA
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
67100 VIA G. SARAGAT, SNC
L'AQUILA (AQ)

**Oggetto: RDO MEPA 1774933. Acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D
occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - CIG 7259047316**

CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE TECNICA

VS. RIF. PROT.: ASL. N. 0047655/18 DEL 07.03.2018

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, in riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti in oggetto, **PRESENTA:**

- **1° chiarimento** : Come riportato in relazione tecnica e rilevato dalla stessa stazione appaltante si conferma la possibilità di gestire e modificare le funzioni associate ai 3 tasti sull'endoscopio (testa di telecamera 2D o videolaparoscopio 3D) e che queste funzionalità sono personalizzabili creando 20 preset utente/procedura . Le funzioni gestibili da tasto su strumento endoscopico sono ben 43 funzioni diverse: a tal proposito si allega il manuale d'uso del prodotto (rif. Pag 148-153) tra cui il bilanciamento del bianco, i settaggi della fonte di luce con regolazione della sua potenza, l'acquisizione immagini con funzione di start/stop.
Pertanto, le periferiche della colonna comandabili direttamente da campo sterile sono: processore video, fonte luminosa, sistema di registrazione, visualizzazione 3D/2D a monitor.
La configurazione proposta, pertanto, soddisfa pienamente la richiesta della stazione appaltante, ovvero cfr. "...bilanciamento del bianco direttamente dalla testina, possibilità di acquisire immagini a video con funzione di start/stop attivabili direttamente dalla testina, possibilità di gestire in remoto le periferiche della colonna direttamente dal campo sterile trami testina es. regolazione potenza luminosità e settaggi della fonte luce o start/stop e regolazione dell'insufflatore e del sistema di acquisizioni immagini..."
- **2° chiarimento** - Sì, come riportato nella scheda tecnica del prodotto, già allegata in gara e che per semplicità ri-alleghiamo alla presente, la funzione di messa a fuoco automatica dei videolaparoscopi Olympus è denominata "Focus Free", ovvero l'elevata profondità di campo consente di avere un'immagine sempre perfettamente a fuoco dal centro alle zone marginali, senza la necessità di mettere continuamente a fuoco durante la procedura. Specifichiamo che il fuoco è autoregolato da 21 mm a 200 mm come da schede tecniche in allegato. Si specifica e sottolinea che il videolaparoscopio 3D 10MM 30° codice WA50082A è l'unico sul mercato ad avere la rotazione della visione in qualsiasi angolazione mantenendo l'orizzonte dell'immagine.
- **3° chiarimento** - No, il sistema di lavaggio ed aspirazione offerto non è predisposto per il bilanciamento dei liquidi per isteroscopia poiché la Olympus Italia S.r.l. commercializza un

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744



OLYMPUS

Your Vision, Our Future

apposito sistema (HisteroFlow II ed HysteroBalance) senza la possibilità di aspirazione del liquido che potrebbe inficiare la corretta misurazione e provocare falsi allarmi.

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale

Un Procuratore

Maria Bianchi

Maria Bianchi
UGC/cm - Segrate, 14.08.2018

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

Chieti, 14 marzo 2018

Spett.le
Azienda USL N.1
AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
U.O.C. Ingegneria Clinica
Via Vetoio, snc

67100 L'AQUILA (AQ)

OGGETTO: RDO N.1774933 – Procedura negoziata per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano – Vs. Prot. N.0047656/18 del 07/03/2018 – Invio chiarimenti tecnici.-

La sottoscritta Ditta ARCHIS S.r.l., con sede legale a Chieti (CH) in Via Erasmo Piaggio n.27/A – P.IVA/CF 00275000693, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Carlo Pantalone, in riferimento alla RDO N.1774933 e come da Vs. richiesta Prot. N.0047656/18 del 07/03/2018 invia i seguenti chiarimenti:


1° CHIARIMENTO

- Specificare la capacità dell'hard disk del sistema di archiviazione e refertazione: il sistema da noi offerto Karl Storz mod. AIDA cod. WD200 presenta una capacità dell'hard disk di 2 TB (in allegato alla presente si rimette stralcio del manuale d'uso del suddetto sistema)

2° CHIARIMENTO

- Specificare se l'insufflatore di CO2 ha l'elemento riscaldante integrato nel tubo: il sistema da noi offerto Karl Storz mod. ENDOFLATOR 50 cod. UI500S1 utilizza tubi con elemento riscaldato integrato in tutta la superficie dello stesso al fine di garantire CO2 a 37°C (in allegato si rimette dichiarazione da parte della ditta produttrice Karl Storz)

In fede.



archis s.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Pantalone)

VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA RISERVATA DI "VALUTAZIONE DELLE OFFERTE": RISCONTRO ED ESAMINA DELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI, VERIFICA SPECIFICHE TECNICHE DELLE OFFERTE PERVENUTE, VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMULAZIONE DEI GIUDIZI ED ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI VALUTATIVI CON CALCOLO DEI PUNTEGGI DI QUALITÀ.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su Mepa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

/-----/

La Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, autoconvocata alle ore 09.30 del giorno 27/03/2018 a termine della seduta del 07/03/2018, inizia la seduta riservata per l'esamina del chiarimento **posto in allegato A)**, presentato dalla ditta Olympus a seguito di richiesta con nota prot. n. 0054990/18 del 19/03/2018, con eventuale e successiva valutazione dei criteri e formulazione dei giudizi, nonché con l'attribuzione dei coefficienti valutativi e calcolo dei punteggi di qualità delle offerte tecniche pervenute dalle ditte "Archis Srl" e "Olympus Italia Srl" concorrenti per la RdO n. 1774933.


La Commissione in primo luogo esamina il chiarimento presentato dalla ditta Olympus.

La Commissione ritiene esaustivi i chiarimenti prodotti dalle ditte concorrenti e, pertanto, prende in considerazione le offerte nel loro complesso e procede alla formulazione dei giudizi per ogni criterio di qualità con attribuzione dei relativi punteggi, in accordo al documento di gara "Specifiche tecniche".

L'esito delle valutazioni, in dettaglio riepilogato nel documento "VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE QUALITATIVE - RdO 1774933" in allegato A), riassume i seguenti punteggi qualitativi (riparametrizzati):

DITTA CONCORRENTE	P. QUALITA'
Archis Srl	70,00 / 70
Olympus Italia Srl.	63,17 / 70

Il Componente la Commissione Ing. S. Filauri, Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ASL, esaminate le certificazioni dei prodotti presentate dalle ditte concorrenti, esprime parere positivo di conformità alle normative di riferimento in materia di sicurezza. Tale rispondenza verrà altresì riscontrata in sede di collaudo, direttamente sui prodotti offerti dalla ditta aggiudicataria.



AZIENDA

Il Presidente, in conclusione della fase riservata di valutazione delle offerte tecniche presentate, demanda al RUP la custodia dei documenti di gara in armadio chiuso a chiave nella sede dell'ufficio e dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15 del 27/03/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, 27/03/2018

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Giuseppe Carducci Giuseppe Carducci

Dott. Paolo De Meis Paolo De Meis

Ing. Stefano Filauri Stefano Filauri

Rag. Daniele De Angelis - Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo

D. De Angelis

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE QUALITATIVE - RDO 1774933

Rif.: Offerta tecnica - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2 LETT. B) D.LGS. N.50/2016 SU MEPA PER L'ACQUISIZIONE DI N.1 COLONNA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 3D OCCORRENTE ALL'U.O. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI AVEZZANO

I CRITERIO: SISTEMA DI ACQUISIZIONE, DI VISUALIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE IMMAGINI. (max punteggio attribuibile 15)		OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico PRIMO Criterio		OTTIMO: il sistema soddisfa le caratteristiche richieste. Si evidenzia l'assenza dell'autofocus. Nella fornitura è presente il monitor principale con risoluzione 4K pur non essendo il sistema offerto con tecnologia 4k.	OTTIMO: Il sistema offerto risponde nell'insieme ai requisiti richiesti. Autofocus presente.
Coefficiente valutativo q_i (0-1)		0,85	0,90
Punteggio attribuito $P_{ai} = q_i * 15$		12,75	13,50
Punteggio riparametrizzato $P_{q1} = 15 * (P_{ai} / P_{massimo_attribuito})$		14,17	15,00

II CRITERIO: MODULARITÀ FUNZIONALE, COMANDI PER LA GESTIONE COMPLETA E SICURA DEL SISTEMA, ERGONOMIA, VERSATILITÀ E MANEGGEVOLEZZA. (max punteggio attribuibile 15)

II CRITERIO: MODULARITÀ FUNZIONALE, COMANDI PER LA GESTIONE COMPLETA E SICURA DEL SISTEMA, ERGONOMIA, VERSATILITÀ E MANEGGEVOLEZZA. (max punteggio attribuibile 15)		OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico SECONDO Criterio		OTTIMO: Il sistema offerto risulta nell'insieme soddisfacente, pur mancando il requisito di "possibilità di gestione dell'insufflatore dalla testina della telecamera".	OTTIMO: Il sistema offerto risponde nell'insieme ai requisiti richiesti. Possibilità di comandare l'insufflatore direttamente dalla testina della telecamera.
Coefficiente valutativo q_i (0-1)		0,85	1,00
Punteggio attribuito = $q_i * 5$		12,75	15,00
Punteggio riparametrizzato $P_{q2} = 15 * (P_{ai} / P_{massimo_attrib.})$		12,75	15,00

III CRITERIO: SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE. (max punteggio attribuibile 10)

III CRITERIO: SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE. (max punteggio attribuibile 10)		OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico TERZO Criterio		OTTIMO: Il sistema di archiviazione offerto risponde nell'insieme ai requisiti richiesti.	OTTIMO: Il sistema di archiviazione offerto risponde nell'insieme ai requisiti richiesti.
Coefficiente valutativo q_i (0-1)		1,00	1,00
Punteggio attribuito = $q_i * 10$		10,00	10,00
Punteggio riparametrizzato $P_{q3} = 10 * (P_{ai} / P_{massimo_attrib.})$		10,00	10,00

IV CRITERIO: STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA, CARRELLO, SISTEMA INSUFFLATORE E SISTEMA DI LAVAGGIO, ACCESSORI E OPTIONAL FORNITI NEL SISTEMA.
(max punteggio attribuibile 10)

	OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico QUARTO Criterio	OTTIMO: non presente la predisposizione al bilanciamento dei liquidi per isteroresettoscopia. Vengono valutati positivamente gli optional offerti: n. 1 ottica a 30° ICG e n. 1 cavo luce.	OTTIMO: presente la predisposizione al bilanciamento dei liquidi per isteroresettoscopia.
Coefficiente valutativo qi (0-1)	1,00	1,00
Punteggio attribuito = qi*10	10,00	10,00
Punteggio riparametrizzato Pq4=10*(Pai/P_{massimo_attrib.})	10,00	10,00

V CRITERIO: FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO, AL BUON UTILIZZO ED ALLE VERIFICHE DEI CONTROLLI D'UTILIZZO.
(max punteggio attribuibile 5)

	OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico QUINTO Criterio	OTTIMO : i servizi offerti sono nel complesso ritenuti soddisfacenti.	OTTIMO : i servizi offerti sono nel complesso ritenuti soddisfacenti.
Coefficiente valutativo qi (0-1)	0,90	0,90
Punteggio attribuito = qi*5	4,50	4,50
Punteggio riparametrizzato Pq5=5*(Pai/P_{massimo_attrib.})	5,00	5,00

VI CRITERIO: COMPATIBILITÀ ED INTERSCAMBIABILITÀ CON LA STRUMENTAZIONE "STORZ" GIÀ PRESENTE IN REPARTO.
(max punteggio attribuibile 5)


	OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico QUINTO Criterio	SUFFICIENTE : parte della strumentazione offerta non risulta compatibile ed interscambiabile con l'attuale dotazione di reparto.	OTTIMO : la strumentazione offerta risulta nell'insieme compatibile ed interscambiabile con l'attuale dotazione di reparto.
<i>Coefficiente valutativo q_i (0-1)</i>	0,25	1,00
<i>Punteggio attribuito = q_i*5</i>	1,25	5,00
<i>Punteggio riparametrizzato Pq5=5*(Pai/P_{massimo_attrib.})</i>	1,25	5,00

VII CRITERIO: ASSISTENZA TECNICA E DI GARANZIA DI VENDITA E DI POST VENDITA, INDICAZIONI DI PARTI SOGGETTE AD USURA O A RICAMBIO IN CORSO D'USO E RELATIVA MODALITÀ DI GESTIONE, SPECIFICHE DI SANIFICAZIONE ED ALTRO ATTINENTE IL CICLO DI VITA.
(max punteggio attribuibile 10)


	OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
Giudizio sintetico QUINTO Criterio	OTTIMO : i servizi offerti sono nell'insieme ritenuti soddisfacenti.	OTTIMO : i servizi offerti sono nell'insieme ritenuti soddisfacenti.
<i>Coefficiente valutativo q_i (0-1)</i>	1,00	1,00
<i>Punteggio attribuito = q_i*10</i>	10,00	10,00
<i>Punteggio riparametrizzato Pq5=10*(Pai/P_{massimo_attrib.})</i>	10,00	10,00

	OLYMPUS ITALIA SRL	ARCHIS SRL
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITÀ' ATTRIBUITO	61,25	68,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ' RIPARAMETRIZZATO	63,17	70,00

Presidente
(Dott. Giuseppe Carducci)



Componente
(Dott. Paolo De Meis)



Componente
(Ing. Stefano Filauri)



VERBALE N.2) DEL SEGGIO DI GARA

**SEDUTA TELEMATICA PUBBLICA ONLINE PER PUBBLICAZIONE
DEI PUNTEGGI QUALITATIVI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE
GIUCATRICE ALLE OFFERTE TECNICHE DELLE DITTE
CONCORRENTI ED APERTURA VIRTUALE ED ESAMINA
DELLA "BUSTA ECONOMICA".**

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su MePa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:30, presso la sede dell'U.O.C. Ingegneria Clinica nel P.O. "San Salvatore" in L'Aquila, si riunisce il Seggio di Gara costituito dal RUP e dal testimone dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, Ing. Pamela Menna e la Commissione Giudicatrice convocata con nota prot. n. 0061193/18 del 27/03/2018, per la seduta telematica pubblica online per l'attribuzione sulla piattaforma MEPA dei punteggi di qualità alle offerte tecniche, giusto verbale ultimo n. 4 della Commissione giudicatrice del 27/03/2018 e successiva apertura della buste virtuali delle "Offerta Economica" con calcolo del punteggio economico e totale e verifica della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, in espletamento della procedura informatica prevista dal MEPA, all'inserimento dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice nella fase riservata di valutazione delle offerte tecniche, dando atto dei punteggi tecnici conseguiti dalle offerte presentate come di seguito riepilogati, rimandando la comunicazione dei giudizi alla pubblicazione del verbale della Commissione nella sua interezza in allegato alla delibera di aggiudicazione definitiva.

Alle ore 15:45 circa si procede nella medesima seduta telematica pubblica online all'apertura delle Buste Virtuali "Offerta Economica" presentate dalla n. 2 ditte concorrenti.

Il Seggio riscontra la formale regolarità di tutte le offerte economiche nonché della documentazione a corredo richiesta dalla gara. Tutte le offerte vengono approvate sulla piattaforma MePA. (nessuna esclusa).

Il RUP effettua il calcolo del punteggio economico e del punteggio totale, in accordo al documento di gara denominato "Specifiche tecniche", come di seguito riassunto:

Ditte concorrenti	Punteggio qualitativo riparametrizzato (PQ)	Prezzo offerto oltre iva	Punteggio economico riparametrizzato (PE)	Punteggio totale (PT = PQ+PE)
Archis Srl	70,00/70	€ 142.000,00	27,76/30	97,76/100
Olympus Italia Srl	63,17/70	€ 131.409,40	30,00/30	93,17/100

La piattaforma MePA rileva per entrambe le ditte concorrente in gara il superamento della soglia di anomalia per il punteggio di qualità e per il punteggio economico, pertanto si rende necessario procedere in seduta riservata alla valutazione dell'anomalia dell'offerta prodotta dalla "Archis Srl" 1^ classificata.



Alle ore 16:15 il RUP sospende la seduta pubblica in attesa dell'esito di valutazione della Commissione Giudicatrice in seduta riservata.

Alle ore 16:50 il RUP, a conclusione della seduta riservata, riprende la seduta pubblica e, dalle risultanze del verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice, ove si evince che la riserva sulla presunta anomalia della ditta "Archis Srl" è stata sciolta positivamente, il RUP provvede a registrare sulla piattaforma MePA l' "aggiudicazione provvisoria" della RdO n. 1774933 in favore della ditta "Archis S.r.l.", risultata prima in graduatoria.

Alle ore 17:15 si dichiara conclusa la seduta pubblica.

Al RUP è demandata la custodia della documentazione di gara, scaricata e stampata dalla piattaforma MePA, in armadio chiuso a chiave presso la sede dell'U.O.C. Ingegneria Clinica.

L'Aquila, 29/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Rag. Daniele De Angelis, RUP Segretario verbalizzante

Ing. Pamela Menna, Componente testimone il Seggio di gara

Dott. Giuseppe Carducci, Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Paolo De Meis, Componente Commissione Giudicatrice

Ing. Stefano Filauri, Componente Commissione Giudicatrice

VERBALE N. 5) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA RISERVATA PER LA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA.

Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 su MePa per l'acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano - Richiesta di Offerta sul MePA n. 1774933.

/-----/

La Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, riunitasi alle ore 15.30 del giorno 29/03/2018 presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica nel P.O. di L'Aquila, giusta nota di convocazione prot. n. 0061193/18 del 27/03/2018, alle ore 16:20 inizia la seduta riservata per la valutazione delle giustificazioni dell'offerta anomala riscontrata dalla piattaforma MePA.

La Commissione in primo luogo esamina la documentazione preventivamente richiesta e presentata nella documentazione di gara dalla ditta "Archis Srl", risultata 1^a classificata per la RdO n. 1774933 e perviene alle seguenti considerazioni:

vista la documentazione richiesta e presentata in sede di gara dalla ditta "Archis Srl", oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice, la medesima Commissione ritiene esaustive le motivazioni addotte circa il prezzo offerto, in quanto fondate ai fini della congruità della fornitura offerta con il dettaglio tecnico ed economico delle voci costituenti l'offerta.

La Commissione ritiene poter escludere l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e rimanda al RUP, riprendendo la seduta pubblica interrotta, l'"aggiudicazione provvisoria" della RdO n. 1774933 in favore della "Archis Srl" 1^a classificata.


Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 16:45 del 29/03/2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

L'Aquila, 29/03/2018

La Commissione Giudicatrice:


Dott. Giuseppe Carducci




Dott. Paolo De Meis



Ing. Stefano Filauri



Rag. Daniele De Angelis - Segretario verbalizzante non partecipa alla formulazione del giudizio valutativo





ALBANO

B)
1/6

acquistinretepa.it

Portale degli Appalti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1774933
Descrizione RDO	Acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente piu' vantaggiosa
Lotto	1 (Acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano)
CIG	7259047316
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Codice Fiscale Ente	01792410662
Nome ufficio	U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo ufficio	VIA G. SARAGAT, SNC - L'AQUILA (AQ)
Telefono / FAX ufficio	0862368527 / 086236527
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto ordinante	ANDREASSI FABRIZIO / CF:NDRFRZ62L22H819P
Firmatari del contratto	Carlo Pantalone / CF:PNTCRL45T24I332J

FORNITORE	
Ragione Sociale	ARCHIS SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00275000693
Codice Fiscale Impresa	00275000693
Indirizzo Sede Legale	VIA ERASMO PIAGGIO 27A - CHIETI (CH)



Telefono / Fax	087169693 / 087166834
PEC Registro Imprese	ARCHIS@PEC.ARCHISSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	66617
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	06/02/1978
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CH
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	3335017
INPS: Matricola aziendale	2301345008
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08843759/05
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT85S05387155010000004
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO PANTALONE - CODICE FISCALE PNTCRL45T24I332J

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4315479
Offerta sottoscritta da	Pantalone Carlo
Email di contatto	ARCHIS@PEC.ARCHISSRL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/09/2018 23:59
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano
Categoria	Sistemi integrati per videoendoscopia
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sistemi integrati per videoendoscopia

Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	KARL STORZ
Nome commerciale del sistema integrato per videoendoscopia*	Colonna videolaparoscopica Karl Storz IMAGE 1 S
Unità di misura*	Sistema
Descrizione tecnica*	Sistema 3D per chirurgia laparoscopica completo di carrello, monitor 3D, monitor touchscreen 2D, sistema 3D con testina telecamera 3 CCD fullHD, fonte luce, n.2 endoscopi 3D, insufflatore CO2, sist. lavaggio, sist. archiviazione/refertazione 3D/2D
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	VARI CODICI - VEDI ALLEGATI "E"
Caratteristiche monitor principale 3D, da specificare*	MONITOR 3D LED 31.5"
Caratteristiche monitor secondario touchscreen 2D, da specificare*	Monitor Touch Screen da 19"
Caratteristiche sistema archiviazione/refertazione 3D/2D, da specificare*	Sistema di archiviazione/refertazione ad alta definizione 2D/3D Karl Storz AIDA
Caratteristiche carrello porta strumenti, da specificare*	Carrello porta strumenti completo di tutti gli accessori richiesti
Caratteristiche sistema 3D con testina telecamera 3 CCD fullHD, da specificare*	Sistema modulare 3D Karl Storz, composto da processore di immagini, modulo H3-Link, modulo D3-Link, testina telecamera FULL HD
Caratteristiche Fonte luminosa, da specificare*	Fonte di luce fredda con modulo SCB integrato
Codice articolo, da specificare per ogni componente del sistema*	VEDI OFFERTA SENZA PREZZI
Caratteristiche sistema di lavaggio, da specificare*	Sistema di lavaggio mod. ENDOMAT sec. HAMOU SCB con modulo SCB integrato
Caratteristiche endoscopi 3D (n.2), da specificare*	2 videoendoscopi 3D con ottiche visualizzazione a 0° e 30°
Conformità alle vigenti normative di riferimento*	SI
Durata garanzia (mesi)*	24
Modalità assistenza tecnica nel periodo di garanzia*	Solo per difetti di fabbrica
Caratteristiche sistema di acquisizione, visualizzazione e gestione delle immagini, da specificare*	Sistema modulare, concepito sui principi di adattabilità e scalabilità.

Caratteristiche insufflatore di CO2, da specificare*	Insufflatore mod. Endoflator 50 con modulo SCB integrato, touch screen da 7"
Prezzo*	142000
Prezzo comprensivo di ogni onere (trasporto, imballo, consegna franco reparto e collaudo funzionale, verifiche di sicurezza elettrica, materiali necessari per il collaudo e la messa in funzione del sistema, etc.)*	SI
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	142000,00 Euro (centoquarantaduemila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 1420,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	U.O.C. Chirurgia Generale c/o Presidio Ospedaliero "SS. Filippo e Nicola" in Via G. Di Vittorio, 67051 Avezzano (AQ)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via G. Saragat L'aquila - 67100 (AQ)
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro



decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**AVVISO SUI RISULTATI****(art. 36 c. 2 lett. b)*****(Relazione unica finale sulle procedure di aggiudicazione degli appalti – art. 99 d.lgs. 50/2016)******Oggetto della procedura:*** Acquisizione di n.1 colonna per chirurgia laparoscopica 3D occorrente all'U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano

- ◆ ***Procedura:*** Gara su MEPA – RdO n. 1774933 (art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
- ◆ ***Motivi scelta procedura:*** importo sotto soglia comunitaria
- ◆ ***Nome Stazione Appaltante:*** Asl 1 Abruzzo - U.O.C. Ingegneria Clinica
- ◆ ***Indirizzo Stazione Appaltante:*** via Saragat, snc - loc. Campo di Pile, L'Aquila
- ◆ ***RUP procedura:*** Rag. Daniele De Angelis - U.O.C. Ingegneria Clinica
- ◆ ***Delibera di indizione:*** Determinazione a contrarre n.1695 del 20/12/2017 e successiva Delibera n. 2266/17 del 20/12/2017 di integrazione e modifica delle specifiche tecniche.
- ◆ ***Valore dell'appalto:*** € 160.000,00 oltre iva al 22%
- ◆ ***Numero CIG:*** CIG n. 7259047316
- ◆ ***Importo di aggiudicazione:*** € 142.000,00 oltre iva al 22%
- ◆ ***Durata:*** unica fornitura
- ◆ ***Criterio di aggiudicazione:*** Offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 D.Lgs. 50/2016). Rapporto (qualità/prezzo) 70/30
- ◆ ***Mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura:*** PEC, "Area Comunicazioni" della piattaforma MEPA e pubblicazioni sul sito aziendale ASL
- ◆ ***Indagine di mercato:*** Ricerca su internet e su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
- ◆ ***Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare (ex. Art 91 D.L.gs 50/16):*** non applicata
- ◆ ***Riduzione del numero di offerte e soluzioni (ex. Art 92 D.L.gs 50/16):*** non applicata
- ◆ ***Numero e ditte invitate:*** n. 8 ditte: Archis Srl – Arthrex Italia Srl - Conmed Italia Srl - Fimas Srl – Movi Spa - Olympus Italia Srl – Pentax Italia Srl – Stryker Italia Srl
- ◆ ***Motivi della selezione:*** ditte iscritte al Me.P.A. nell'iniziativa di riferimento "Beni" categoria "Forniture specifiche per la sanità" in quanto produttrici e/o rivenditrici di colonne per chirurgia laparoscopica potenzialmente interessate
- ◆ ***Data e ora scadenza offerte:*** 29/01/2018 ore 18:00

**♦ Nomi dei concorrenti e motivi eventuale esclusione:**

- Archis S.r.l. – AMMESSA
- Olympus Italia Srl – AMMESSA

♦ Provvedimento di ammissione/esclusione: Delibera n. 291 del 09/02/2018**♦ Membri del seggio di gara del 26/10/2017 per apertura “Buste Amministrative” e verifica della presenza della documentazione richiesta:**

- RUP/Segretario verbalizzante: Rag. Daniele De Angelis, U.O.C. Ingegneria Clinica
- Componente testimone; Dott.ssa Isabella Tuccella, U.O.C. Ingegneria Clinica
- Componente testimone: Ing. Pamela Menna, U.O.C. Ingegneria Clinica

♦ Nomina commissione giudicatrice: Delibera n. 344 del 16/02/2018**♦ Membri commissione giudicatrice/qualifica/comp. specifica:**

- **Presidente:** Dott. Giuseppe Carducci – Dirigente medico – U.O. Chirurgia Generale P.O. Avezzano - Competenza. Medica
- **Componente:** Dott. Paolo De Meis – Dirigente medico – U.O. Chirurgia Generale P.O. Avezzano - Competenza. Medica
- **Componente:** Ing. Stefano Filauri – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale – Competenza Tecnica

♦ Presenza di offerte anomale: N. 2 - Ditta “Archis Srl” 1^ classificata e ditta “Olympus Italia Srl”**♦ In caso di rigetto dell’offerta, motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse: nessuno, ditta “archis Srl” con esito positivo.****♦ Graduatoria/riepilogo punteggi e offerte:**

Ditte partecipanti	Punteggi: PT (Totale =PQ+PE) PQ (Qualità) PE (Economico)	Graduatoria	Prodotto ed importo offerto
Archis Srl	PT = 97,76/100 PQ = 70,00/70 PE = 27,76/30	1^ Classificata	Colonna marca Karl Storz mod. IMAGE 1S Importo € 142.000 i.e.
Olympus Italia srl	PT = 93,17/100 PQ = 63,17/70 PE = 30/30	2^ Classificata	Colonna marca Olympus mod. VISERA II Importo € 131.409,40 i.e.

♦ Nome dell’aggiudicatario e ragioni della scelta della sua offerta: Archis Srl, punteggio totale conseguito 97,76/100**♦ Verbali di gara/numero/data/organo/oggetto:**

Verbale n. 1 del Seggio di Gara del 30/01/2018 – seduta telematica pubblica online - apertura “buste amministrative”, riscontro della presenza e conformità della documentazione amministrativa presentata.

