

Prot.n. 0135696/18 del 06/07/2018

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE

Questa ASL1 ha necessità di acquistare **Maschere laringee tipo I-GEL** occorrenti al fabbisogno biennale di questa Azienda Sanitaria.

Pertanto, l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al fine di attivare una eventuale procedura di acquisto **sottosoglia comunitaria per un fabbisogno annuale tramite R.d.O. sul M.E.P.A.**, adempie opportuna indagine conoscitiva del mercato per l'affidamento della fornitura in questione ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento Attuativo, allegando al presente avviso **Allegato A)** l'elenco dei prodotti da acquistare.

Gli operatori economici che dispongano di tali prodotti sono pregati di inoltrare richiesta documentata al RUP **Dott. Antonio De Crescentiis** alla e-mail adecrescentiis@asl1abruzzo.it entro 15 gg dalla data del presente avviso specificando l'interesse di partecipazione e allegando:

- la documentazione tecnica di prodotto.


Nel caso di presentazione di una sola ed unica manifestazione di interesse, la ASL1 si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.P.R. 827/1924.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Aziendale anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Il relativo atto amministrativo di acquisto verrà pubblicato dando atto dell'esito della presente indagine e della procedura di acquisizione.

IL R.U.P.

(Dott. Antonio De Crescentiis)



ALLEGATO "A"

Avviso pubblico per fabbisogno annuale aziendale di **Maschere laringee tipo I-GEL**

Caratteristiche tecniche:

- **Dispositivo sovraglottideo, monouso, cuffia non gonfiabile in morbido gel per adattarsi perfettamente all'anatomia sovraglottica e ridurre i traumi;**
- **Canale per aspirazione gastrica;**
- **Sostegno dell'epiglottide, connettore da 15mm, repere di posizionamento, bite-block integrato, forma ovoidale in sezione assiale per garantire buona stabilità;**
- **Possibilità di introdurre un tubo endotracheale standard nel canale principale.**
- **Sterile;**
- **Misure varie per pazienti con peso corporeo tra 2 a 90 kg;**
- **Marchio CE**

IL R.U.P.

(Dott. Antonio De Crescentiis)

