

DETERMINA n. 115 del 18 DIC. 2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.
Procedure sotto soglia, per la fornitura di "Barelle di emergenza" occorrenti all'U.O.C. di Pronto Soccorso – O.B.I. del Presidio Ospedaliero dell'Aquila.
Ditta Favero Health Projects s.p.a.. Importo € 22.289,04 iva esclusa. C.I.G. n.ZE325A86C2 – Registrazione Contratto OLIAMM n. 2018-2486.
Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca. Importo € 3.220,00 iva esclusa. C.I.G. n. Z0525A8BA2 - Registrazione Contratto OLIAMM n. 2018-2487.

In data 18-12-2018 il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Stefano Di Rocco, su conforme istruttoria del R.U.P. Dott. Antonio De Crescentiis, adotta il seguente provvedimento.

Premesso che giusta documentazione acquisita agli atti dell'U.O. Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

- il presente provvedimento costituisce Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.;
- con nota prot. n. 0168127/18 del 15/09/2018, in atti, il Direttore dell'U.O.C. di Pronto Soccorso – O.B.I. del Presidio Ospedaliero dell'Aquila ha richiesto, all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, l'acquisto di n.10 Barelle (n.7 di dimensioni 210x81 e n.3 di dimensioni 190x70) occorrenti al fabbisogno annuo di pazienti in Assistenza Domiciliare;
- al fine dell'acquisizione del suddetto materiale, in data 01/10/2018, il R.U.P., individuato nella persona del Dott. Antonio De Crescentiis, ha inviato, a seguito di opportuna ricerca effettuata sul M.e.P.a., richiesta di preventivo ai seguenti operatori: Favero Health Projects s.p.a., Malvestio s.p.a., Givas s.r.l., Medical San di Marcogiuseppe Francesca, Vernipoll s.p.a.;
- entro la scadenza del 15/10/2018, fissata nella richiesta di preventivo, sono pervenute le offerte delle ditte Favero Health Projects s.p.a., Malvestio s.p.a., Givas s.r.l., Medical San di Marcogiuseppe Francesca;
- in data 23/10/2018 il R.U.P. ha provveduto a trasmettere al Direttore dell'U.O.C. richiedente le schede tecniche dei prodotti offerti per la opportuna verifica di rispondenza delle caratteristiche tecniche alle effettive esigenze;
- con distinte comunicazioni, del 29/10/2018 e del 30/10/2018, il Direttore dell'U.O.C. richiedente ha rappresentato il fabbisogno definitivo di barelle indicando la necessità di procedere all'acquisto di n.8 barelle di dimensioni 210x81 e n.2 barelle di dimensioni 190x70 ed ha ravvisato la sussistenza delle caratteristiche minime solo ed unicamente nei prodotti

offerti dalla Ditta Favero Health Projects s.p.a. per le n.8 barelle 210x81 e dalla Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca per le n.2 barelle 190x70;

Constatato che:

- il fabbisogno è indispensabile a garantire ed assicurare la continuità medico-assistenziale al fine di scongiurare interruzioni pregiudizievoli in danno degli utenti;
- per acquisti di beni e servizi rimane ferma la disciplina sull'obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c. 450, L. 296/2006);
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui alle leggi L.94/2012 e successiva L.135/2012, prevede tra l'altro, per le Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per gli acquisti di beni e servizi sotto Soglia Comunitaria;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al combinato disposto della legge di stabilità n° 208/15 art.1 co. 548 e della Legge di Bilancio n° 232/16, art. 1 comma 419 prevede che per garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A ovvero dai Soggetti Aggregatori;

Rilevato che:

- data l'entità della spesa, sulla base dell'esito dell'interrogazione del mercato e della valutazione di idoneità tecnica, possono essere attivate le procedure Sotto Soglia previste dal combinato disposto art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ed in osservanza alla normativa di settore emanata dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il R.U.P. individuato nella persona del Dott. Antonio De Crescentiis, ha provveduto ad acquisire i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) n. ZE325A86C2 e n. Z0525A8BA2;

Dato atto che:

- con la Trattativa Diretta n. 686050 del 12/11/2018 (**AII.1**) sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Favero Health Projects s.p.a., si è attivata la procedura per acquisire n.8 "Barelle di emergenza 210x81";
- con la Trattativa Diretta n.686121 del 12/11/2018 (**AII.2**) sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Medical San di Marcogiuseppe Francesca si è attivata la procedura per acquisire n.2 "Barelle di emergenza 190x70";

Constatato che:

- entro il termine stabilito da questa Amministrazione per la presentazione della documentazione richiesta e dell'offerta economica, le Ditte hanno formulato le proprie offerte per il prodotto richiesto (Ditta Favero Health Projects s.p.a. - **AII.3** / Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca - **AII.4**);
- in data 21/11/2018 con nota prot. n. 0229019/18, in atti, il R.U.P. ha provveduto a trasmettere le schede tecniche delle attrezzature offerte al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai fini del rilascio del parere di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza;

- in data 24/11/2018 con nota prot. n. '0231787/18, in atti, il Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ha espresso parere favorevole sulla conformità dei prodotti offerti alla normativa sopra richiamata;
- l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha verificato la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa;
- in ossequio alla normativa vigente, si è proceduto a verificare la regolarità contributiva (D.U.R.C.) delle società, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio Durc On Line dal portale I.N.A.I.L./I.N.P.S.;

Ritenuto altresì:

- di dover procedere all'affidamento della forniture in oggetto, mediante affidamento sul M.E.P.A. alla Ditta Favero Health Projects s.p.a. per un costo complessivo di € 27.192,62 iva compresa e alla Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca per un costo complessivo di € 4.050,40 iva compresa, come da offerte economiche allegate (rispettivamente **All.3 e All.4**);


DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che si assumono a parte integrante della presente determinazione:


1. **di prendere atto**, che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.;
2. **di procedere**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), all'affidamento delle forniture, in favore della Ditta Favero Health Projects s.p.a. di n.8 barelle 210x81 per un costo complessivo di € 22.289,04 oltre iva (22%) di € 4.903,58 e dunque per una spesa totale della fornitura di € 27.192,62 iva inclusa e alla Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca di n.2 barelle 190x70 per un costo complessivo di € 3.220,00 oltre iva (22%) di € 730,40 e dunque per una spesa totale di € 4.050,40 iva compresa, occorrenti all'U.O.C. di Pronto Soccorso – O.B.I. del Presidio Ospedaliero dell'Aquila come meglio riportato nel prospetto riepilogativo delle offerte economiche, (**All. 3 e All.4**), per le quantità, le descrizioni, i codici, ed i prezzi ivi trascritti, a decorrere dall'adozione del presente atto;
3. **di registrare**, sul bilancio 2018, il costo di € 31.243,02 iva compresa che andrà a gravare sul C.d.C Pronto Soccorso e O.B.I. del Presidio Ospedaliero dell'Aquila della ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila;
4. **di dare atto** che il R.U.P., nella persona del Dott. Antonio De Crescentiis provvederà a registrare sul software gestionale aziendale con contratti OLIAMM n. 2018-2486 e n.2018-2487, il costo totale di € 31.243,02 iva compresa sul M.C.E. 01.01.02.05.01.01 (Attrezzature sanitarie);
5. **di inviare** copia della presente determinazione alla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie, all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
6. **di dare mandato** all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione di legge del presente atto e al R.U.P. per la pubblicità di legge sul sito aziendale nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" e nel programma aziendale per la trasmissione dati A.N.AC.

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto previa istruttoria dell'U.O.C. competente, ai sensi del capo 2) della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i., che ne ha verificato la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;


Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Antonio De Crescentiis)



Il Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Michela D'Amico)



Il Responsabile dell'UOC ABS
(Dott. Stefano Di Rocco)



Reg. int. 2914/18 del 27/11/18

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	686050
Descrizione	FORNITURA DI N.8 BARELLE DI EMERGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DELL'AQUILA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	ZE325A86C2
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 01792410662 67100 VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA (AQ)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / DMCMHL60R49C096J
Soggetto stipulante	MICHELA D'AMICO / DMCMHL60R49C096J ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Data e ora inizio presentazione offerta	12/11/2018 13:15
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	16/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	16/05/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE - L'AQUILA- VIA VETOIO - BLOCCO 1 - RIF. SIG.RA LARA FRANCHI TEL. 348/7837740 - 0862/368586
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PRESSO SEDE DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO

SCHEDE TECNICHE	
Nome Scheda Tecnica	Barelle ad altezza variabile

Quantità	8
----------	---

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAVERO
2	*Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	9BS1200+ACC
3	*NOME COMMERCIALE DELLA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE	Tecnico	Valore minimo ammesso	BARELLA
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	*Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
8	*Materassino	Tecnico	Valore minimo ammesso	IN DOTAZIONE
9	*Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	320 KG
10	*Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Valore minimo ammesso	14 GRADI
11	*Tipologia ruote	Tecnico	Valore minimo ammesso	DIAMETRO 200
12	*Attuatori elettrici	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	*Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	OLEODINAMICO
14	*Servizio di progettazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	*Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	EN ISO 9001-14001-13485
16	*Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	EN ISO 9001-13485-14001
17	*Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
MODELLO PRIVACY	Modello Privacy.pdf
Allegato D	ALLEGATO D - Tracciabilità Flussi-1.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente

Descrizione	Firmato digitalmente
Atto di procura qualora la documentazione richiesta e l'offerta venga sottoscritta da Procuratore	Sì
Scheda tecnica del prodotto completa di immagini e certificazioni	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	686121
Descrizione	FORNITURA DI N.2 BARELLE DI EMERGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DELL'AQUILA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z0525A8BA2
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 01792410662 67100 VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA (AQ)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / DMCMHL60R49C096J
Soggetto stipulante	MICHELA D'AMICO / DMCMHL60R49C096J ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Data e ora inizio presentazione offerta	12/11/2018 13:32
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	16/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	16/05/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE - L'AQUILA - VIA VETOIO - BLOCCO 1 - RIF. SIG.RA LAURA FRANCHI TEL. 348/7837740 - 0862/368586
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PRESSO SEDE DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Barelle ad altezza variabile 190X70
---------------------	-------------------------------------

Quantità	2
----------	---

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAZZINI
2	*Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C120040
3	*NOME COMMERCIALE DELLA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE	Tecnico	Valore minimo ammesso	BARELLA ALTEZZA VARIABILE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	*Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2 SEZIONI
8	*Materassino	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON IN DOTAZIONE
9	*Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
10	*Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	*Tipologia ruote	Tecnico	Valore minimo ammesso	4 RUOTE PIROETTANTI PIÙ UNA DIREZIONALE
12	*Attuatori elettrici	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	*Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA 58 CM A 82 CM
14	*Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
15	*Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
16	*Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42
17	*Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
MODELLO PRIVACY	Modello Privacy.pdf
Allegato D	ALLEGATO D - Tracciabilità Flussi-1.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
-------------	----------------------

Descrizione	Firmato digitalmente
Scheda tecnica del prodotto completa di immagini e certificazioni	Sì

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	686050
Descrizione	FORNITURA DI N.8 BARELLE DI EMERGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DELL'AQUILA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE325A86C2
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Codice Fiscale Ente	01792410662
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA G. SARAGAT, SNC 67100 L'AQUILA (AQ)
Telefono / FAX Ufficio	0862368872 / 0862368942
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
Firmatari del Contratto	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J

FORNITORE

Ragione Sociale	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
Partita IVA Impresa	00175410265
Codice Fiscale Impresa	00175410265
Indirizzo Sede Legale	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Telefono / Fax	04236125 / 0423612680
PEC Registro Imprese	FAVEROHEALTHPROJECTS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00175410265
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3270834/98 / TREVISO
INPS: Matricola aziendale	8401031098
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	041012575-041083040-006653760-21317525/69

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METAL IND+LEGNO IND / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	377402
Offerta sottoscritta da	Francesca Favero
Email di contatto	INFO@FAVERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	16/05/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Barelle ad altezza variabile
Quantità richiesta	8
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	FAVERO H.P.
Codice articolo produttore	9BS1200+ACC
NOME COMMERCIALE DELLA BARELLA AD	BARELLA EMERGENZA
Prezzo	2786,13
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Attuatori elettrici	NO
Materassino	SI
Sezioni piano di coricamento [numero]	2
Carico di funzionamento / Portata massima in	320 KG
Movimentazione trendelemburg e	14 GRADI
Sollevamento del piano di coricamento	OLEODINAMICO
Tipologia ruote	200 MM
Servizio di progettazione	SI

Certificazioni fornitore	EN ISO 9001-13485-14001
Certificazioni produttore	EN ISO 9001-13485-14001
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	NO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	22.289,04 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 133,73 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE - L'AQUILA- VIA VETOIO - BLOCCO 1 - RIF. SIG.RA LARA FRANCHI TEL. 348/7837740 - 0862/368586
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PRESSO SEDE DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta esente l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

MODELLO: THUNDER

VERSIONE:

BARELLA D'EMERGENZA CON PIANO RETE IN HPL - 2 SEZIONI


9BS1200

Dimensioni

Larghezza: 2100 mm

Profondità: 810 mm

Altezza: 580 mm



(Immagine indicativa)

Barella ad altezza variabile oleodinamica su colonne telescopiche, con piano rete articolato in 2 sezioni realizzate in materiale radiotrasparente.

Schienale ad inclinazione regolabile mediante una molla a gas. Movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg oleodinamici azionati con pedali.

PIANO RETE

Piano rete articolato in 2 sezioni (lo schienale e la sezione fissa) costituito da pannelli in laminato plastico stratificato sp. 8 mm con additivo ANTIBATTERICO,

ECOLOGICO CERTIFICATO PEFC® (il laminato utilizzato è composto da 65% di carta).

Tutte le superfici del piano rete sono ben raggiate e raccordate con ampi raggi creando un piano facilmente lavabile e disinfettabile.

La movimentazione dello schienale è manuale e servoassistita da una molla a gas a regolazione millimetrica. Leva di comando della sezione schienale è raggiungibile da entrambi i lati della barella, posta dietro la testa in posizione facilmente raggiungibile e dall'impugnatura ergonomica.

L'altezza del piano rete è regolata da una coppia di colonne oleodinamiche. L'altezza minima è di circa 58cm fino ad arrivare a 91cm da terra.

Lateralmente lungo le sezioni del piano rete sono presenti delle aperture che possono essere utilizzate per far passare le cinghie di bloccaggio paziente o quelle di bloccaggio del materasso.

La sezione dello schienale e la sezione fissa sono completamente realizzate in materiale radiotrasparente. Lo schienale può accogliere il supporto cassetta radiografica mediante un apposito supporto ad aggancio. La barella può essere completata di accessori per la radiologia quali il supporto per la cassetta radiografica e le guide potter.

TELAIO INTERMEDIO

Struttura molto robusta realizzata con profili in acciaio ad elevato spessore verniciata a polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione.

Agli angoli telaio intermedio sono presenti i paracolpi girevoli di Ø150mm e sotto la sponda un paracolpo laterale per una completa protezione del perimetro della barella.

SPONDE

MODELLO: THUNDER**VERSIONE:****BARELLA D'EMERGENZA CON PIANO RETE IN HPL - 2 SEZIONI****9BS1200**

La barella è dotata di serie di una coppia sponde regolabili manualmente in altezza.

La sponda è composta di sei listelli in acciaio verniciati a polveri epossidiche e un maniglione superiore di presa realizzato in materiale plastico antiurto.

Le sponde sono abbattibili con movimento a compasso ammortizzate da molla a gas. La sponda abbassata è allineata con il piano rete per facilitare il trasferimento del paziente. La sponda sollevata si blocca automaticamente in posizione.

La massima altezza sponda da piano rete è di 39cm e la lunghezza totale è di 140cm.

BASAMENTO

La regolazione dell'altezza del piano rete e le movimentazioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg sono realizzate per mezzo di colonne oleodinamiche telescopiche e comandate mediante 3 pedali poste su entrambi i lati del basamento.

Il primo pedale solleva il piano rete, il secondo pedale comanda il Trendelenburg e il terzo il contro - Trendelenburg. Utilizzando contemporaneamente il secondo e il terzo pedale è possibile abbassare la barella.

Il basamento è realizzato mediante tubi in acciaio saldati e verniciati a polveri epossidiche ed è dotato di copertura in materiale plastico stampato per facilitare le operazioni di pulizia. Sulla copertura è ricavato un ampio vano porta indumenti/portaoggetti comprensivo di portabombola con cinghie di fermo.

La barella è dotata di serie di ruote carenate piroettanti antitraccia di diametro 200 mm, corredate di sistema di bloccaggio totale e direzionale. L'altezza sotto il basamento è di 180 mm da terra per facilitare un accesso ai sollevapazienti.

MANOVRABILITÀ

L'estrema leggerezza della barella, pari a peso 105kg, richiede il minimo sforzo di spostamento e manovrabilità.

A lato testa, di serie, viene montato a scelta il maniglione di spinta di tipo rimovibile o del tipo coppia di maniglioni di spinta abbattibili. Nella versione abbattibile, ciascun maniglione può essere abbattuto per avere un accesso totale al paziente, in modo particolare dal lato testa.

Lo spostamento e la manovrabilità della barella possono essere ulteriormente migliorati con l'inserimento della variante quinta ruota attivabile con comando a pedale.

CARATTERISTICHE UNICHE

Facile da spostare e manovrare con una struttura leggera pari a peso 105 kg.

Dimensioni d'ingombro ridotte per un accesso facile agli ascensori.

Dimensioni sponda di lunghezza 140cm e altezza 39cm per una protezione laterale totale del piano rete.

Sponde abbattibili con movimento a compasso ammortizzate da molla a gas.

Quattro paracolpi girevoli di Ø150mm per una protezione da urti.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Materasso.
- Asta flebo con ganci in acciaio inox o in plastica.
- Supporto bombola.
- Barra normalizzata porta accessori.
- Cinghie blocca paziente.

KIT RUOTE D.200 LAVABILI BASIC DIREZIONALI

Kit di ruote carenate di diametro 200 mm. Ruote lavabili con possibilità di bloccaggio totale o direzionale.

QUINTA RUOTA GIREVOLE CON SISTEMA DIREZIONALE

Quinta ruota girevole con sistema di ammortizzazione per garantire sempre il contatto con il terreno. Dotata di sistema direzionale integrato comandato dal pedale ruote. La quinta ruota migliora la direzionabilità della barella soprattutto negli spazi stretti.

Nota: con la scelta della quinta ruota la funzione direzionale verrà trasferita dal kit ruote alla quinta ruota stessa.

MANIGLIONI ABBATTIBILI LATO TESTA

Coppia di maniglioni di spinta abbattibili.

MANIGLIONE DI SPINTA LATO PIEDI RIMOVIBILE

Maniglione rimovibile realizzato in acciaio cromato.

NESSUN ACCESSORIO RADIOLOGIA INCLUSO

DATI TECNICI

Piano rete in 2 sezioni.

Dimensioni d'ingombro: 2100 x 810 mm

Dimensioni piano rete: 1960 x 655 mm

MODELLO: THUNDER

VERSIONE

BARELLA D'EMERGENZA CON PIANO RETE IN HPL - 2 SEZIONI

9BS1200

Altezza da terra piano rete: min. 580 max. 910 mm
Altezza da piano rete delle sponde: 390 mm
Dimensioni delle sezioni:
Schienale: 720 x 655 mm
Sezione fissa: 1220 x 655 mm
Diametro ruote: 200 mm
Inclinazione sezione schienale: 0 - 90°
Movimenti Trendelenburg: 15°
Movimenti contro Trendelenburg: 14°
Peso barella (senza accessori): 105 kg
Carico di lavoro sicuro: 320 kg
Massimo peso paziente: 250 kg
Dispositivo medico di classe I (Direttiva 93/42 CEE).
Classificazione CND: V0899 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre
N°di repertorio: 1449294

Posizioni 1

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	686121
Descrizione	FORNITURA DI N.2 BARELLE DI EMERGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DELL'AQUILA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z0525A8BA2
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Codice Fiscale Ente	.01792410662
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA G. SARAGAT, SNC 67100 L'AQUILA (AQ)
Telefono / FAX Ufficio	0862368872 / 0862368942
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
Firmatari del Contratto	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
FORNITORE	
Ragione Sociale	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA
Partita IVA Impresa	00761290766
Codice Fiscale Impresa	MRCFNC59S60A013N
Indirizzo Sede Legale	C.DA ISCA DEL GALLO 85010 CALVELLO (PZ)
Telefono / Fax	0971923490 / 0971923942
PEC Registro Imprese	MEDICALSAN@PEC.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	63476
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/09/1983 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PZ
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	1796555/62 / POTENZA
INPS: Matricola aziendale	6404941365
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21586284

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TESSILE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT74Z0542404201000002050376
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Francesca Marcogiuseppe Cod. fiscale MRCFNC50S60A013N - Sabato Cennamo Cod. Fiscale CNNSBT54B11M253S - Giuseppe Cennamo Cod. Fiscale CNGGPP80L06G942G
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	375332
Offerta sottoscritta da	FRANCESCA MARCOGIUSEPPE
Email di contatto	INFO.MEDICALSAN@GMAIL.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	16/05/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Barelle ad altezza variabile
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	FAZZINI
Codice articolo produttore	C120040
NOME COMMERCIALE DELLA BARELLA AD	BARELLA ALTEZZA VARIABILE
Prezzo	1660,00
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Attuatori elettrici	no
Materassino	compreso
Sezioni piano di coricamento [numero]	2 SEZIONI
Carico di funzionamento / Portata massima in	250
Movimentazione trendelemburg e	si
Sollevamento del piano di coricamento	DA 58 CM A 82 CM
Tipologia ruote	4 RUOTE PIROETTANTI PIÙ UNA DIREZIONALE

Servizio di progettazione	no
Certificazioni fornitore	si
Certificazioni produttore	CE
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	no

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	3.320,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 35,00 (Euro)	



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE - L'AQUILA - VIA VETOIO - BLOCCO 1 - RIF. SIG.RA LAURA FRANCHI TEL. 348/7837740 - 0862/368586
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PRESSO SEDE DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



DIMENSIONI

/// Larghezza	cm	60
/// Larghezza con sponde alzate	cm	70
/// Lunghezza	cm	190
/// Altezza	cm	58/82
/// Portata	Kg	250
/// Peso	Kg	100


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- /// Spondine laterali abbattibili
- /// Asta porta flebo
- /// Porta bombola per ossigeno

CARATTERISTICHE GENERALI

- /// Barella semiautomatica a funzionamento oleodinamico, con pedali di comando da ambo i lati, ideata per la mobilitazione rapida e sicura dei pazienti piú gravi, per il trasporto dal pronto soccorso al reparto e dalla degenza ai vari reparti di diagnostica.
- /// Settore del piano corrispondente al capo elevabile sino ad un'angolazione di 50° con comando idraulico silenzioso.
- /// La barella, grazie ad un freno totale che ne permette un perfetto ancoraggio al terreno, è anche un funzionale tavolo operatorio per gli interventi d'emergenza o da effettuarsi in day hospital.
- /// Il piano della barella è parzialmente radiotrasparente e l'altezza può essere variata da un minimo di 58 cm. ad un massimo di 82 cm.
- /// Con estrema velocità si possono, inoltre, ottenere le posizioni di TR 15° / RTR 15°.
- /// La barella è munita di due spondine ad abbattimento verticale e di un'asta porta flebo ad altezza regolabile.
- /// La barella è anche dotata di un porta bombole per ossigeno, posto al di sotto del piano di appoggio del capo, e due vani portaoggetti
- /// La manovrabilità e la velocità di spostamento sono assicurate da quattro ruote piroettanti da 150 mm. di diametro e da una quinta ruota centrale direzionale.
- /// Il telaio della barella è realizzato in acciaio verniciato con carter in ABS colore bianco


ACCESSORI A RICHIESTA



/// Materasso Antistatico C110923/B misura cm.50x180x10(h) sagomato, realizzato in poliuretano densità 30 KG/M3 con rivestimento parte superiore in cotone-pvc e parte inferiore in poliestere antiscivolo, sfoderabile, impermeabile, lavabile.

/// Materasso C110923/I misura cm.50x180x10(h) sagomato, realizzato in poliuretano densità 30 KG/M3 HR, con rivestimento in similpelle ignifugo Class 1/IM, impermeabile, sfoderabile.e lavabile.

/// Portamonitor



SPECIFICHE

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42
 REPERTORIO 343055 CND V0899