

PROT. N° 0144674/21

L'AQUILA 01/07/2021

Asl\_asl ASL1\_ABS

RIF.AMM.VO: SIG.RA CARMELINA BOTTONI  
TEL. 0862/368859

## AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE

Questa ASL ha la necessità di acquisire per l'UO Chirurgia Senologica del Presidio Ospedaliero di L'Aquila, un sistema dedicato alla biopsia vuoto assistita della mammella, unitamente ai materiali di consumo.

Le caratteristiche minime del sistema richiesto sono le seguenti:

1. Raccolta automatica del campione mediante meccanismo automatico di rotazione.
2. Punta ago tagliente per ottima navigabilità nel tessuto mammario anche in uso ecografico.
3. Controllo mediante touch screen e/o driver e/o pedale a seconda della modalità di imaging prescelta.
4. Sistema chiuso/aperto di raccolta dei campioni.
5. Compatibilità dello stesso manipolo con tutte le forme di imaging (stereotassi, tomosintesi, ultrasuoni e RMN).
6. Possibilità di scelta tra diverse misure di aghi compresi i calibri maggiori, per ottenere frustoli del più ampio volume possibile.
7. Esecuzione di prelievi multipli con un unico ingresso nella mammella
8. Posizionare marcatori tissutali a fine procedura
9. Possibilità di effettuare il lavaggio dei campioni con soluzione fisiologica da eventuali residui ematici all'interno di un supporto removibile in ogni momento per il controllo radiografico dei frustoli.
10. Capacità di riduzione della camera di prelievo tramite software anche a procedura iniziata per effettuare prelievi di confine.
11. Possibilità di preselezione dell'aspirazione in base alla densità del tessuto mammario.
12. Possibilità di scegliere il numero dei campioni e la posizione nella quale svolgere il prelievo.
13. Possibilità di inserire l'anestetico con rotazione automatica a 360 Gradi per meglio diffondere lo stesso.
14. Ampia gamma di marcatori tissutali del sito di prelievo.

A tal fine l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ravvisando la necessità di attivare idonea procedura di acquisizione del sistema descritto, in modalità di noleggio, ovvero comodato d'uso, con l'acquisto di n. 150 aghi da biopsia vuoto-assistita e n. 150 marcatori tissutali, necessari al soddisfacimento del fabbisogno annuo, in ragione tecnica con unico fornitore, per la durata di tre anni, adempie opportuna indagine conoscitiva di mercato.

Entro 15 giorni dalla data del presente avviso, gli operatori economici di settore in grado di fornire un sistema con le caratteristiche minime indicate nel presente avviso, sono invitati a comunicare l'interesse, inviando via posta elettronica certificata all'indirizzo [benieservizi@pec.asl1abruzzo.it](mailto:benieservizi@pec.asl1abruzzo.it) l'offerta economica, valida per minimo 180 giorni, unitamente alla documentazione tecnica, la quale sarà sottoposta al vaglio della U.O. utilizzatrice, per la verifica della rispondenza del sistema proposto alle specifiche indicate.

Nel caso di presentazione di una sola ed unica manifestazione di interesse, la ASL1 si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in nessun modo questa ASL.

La ASL1 si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l'invito qualora nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento, senza che nessun operatore possa vantare alcunché.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Aziendale anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell'azione amministrativa.

IL R.U.P.  
(Dott.ssa Michela D'Amico)