

Prot. 0059838/21

L'Aquila 18/03/2021

CHIARIMENTI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura di gara negoziata su Piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, per la fornitura di " Sacche di raccolta urine "

Quesito n. 1 del 12/03/2021:

In riferimento al Lotto n° 4:

- E' composto da sistema chiuso + sacche di raccolta di ricambio; la base d'asta si riferisce a che cosa? (non può essere 6,00 € per tutto);
- La misura della capacità della sacca di raccolta è 200ml per errore? Potrebbe essere 2000ml?

Chiediamo inoltre conferma che in questa fase sia richiesta solo la manifestazione di interesse redatta su vs modulistica o se invece occorre inviare codifica e descrizione delle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.

Risposta:

- il prezzo a base d'asta risulta congruo e comprensivo di urinometro e sacca;
- si conferma che la capacità della sacca è di 2000 ml e non 200 ml come indicato erroneamente sul capitolato;

Si conferma che in questa fase è necessario inviare la sola manifestazione di interesse redatta sul modulo allegato.

Quesito n. 2 del 15/03/2021:

- **Lotto n.01**
Il prezzo sembra eccessivamente basso e non adeguato alle caratteristiche richieste (Camera gocciolamento, ferma-tubo, filtro,...)
- **Lotto n.02**
La presenza del punto prelievo identifica una sacca a Circuito chiuso, praticamente ne risulta una sacca pressoché uguale a quella del lotto n.01 con un prezzo meno della metà del lotto 01. (0,16 è il prezzo corretto per una sacca non sterile standard)

Infine per quanto riguarda il filtro ci permettiamo di evidenziare che **normalmente è una membrana idrofobica che aiuta a ridurre l'accumulo di gas nella sacca**. Per questa sua funzione di barriera fisica ha di fatto **proprietà antibatteriche** ma non per questo può essere correttamente definito "antibatterico"

Risposta:

Lotto n. 01

Si conferma il prezzo indicato nel capitolato;

Lotto n.02

Si conferma che , per mero errore materiale, è stata indicata tra le caratteristiche della sacca la voce "sterile", invece si richiede una sacca non sterile senza rubinetto;

In relazione al filtro antibatterico si accetta il rilievo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Michela D'Amico)
_____ (f.to) _____