

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

N. 2 CENTRIFUGHE DA BANCO PER PROVETTE DA LABORATORIO, NON REFRIGERATE, NUOVE DI FABBRICA E DI RECENTE PRODUZIONE, OCCORRENTI ALL'U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOLOGIA E TRASFUSIONALE DEL P.O. DI AVEZZANO (AQ).

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 12.000,00 oltre iva

Centrifuga da banco per provette da laboratorio dalle seguenti caratteristiche tecniche e dotata di:

- Marcatura CE – IVD;
- Non refrigerata;
- Sistema di controllo a microprocessore ed interfaccia utente con firmware in lingua italiana;
- Impossibilità di avviare la centrifuga con coperchio aperto;
- Dispositivo di sicurezza in caso di sbilanciamento del carico;
- Autobilanciamento automatico dei pesi;
- Dispositivo di anticaduta del coperchio;
- Interruttore generale bipolare;
- Funzione di avvio/stop rapido della centrifuga in modo manuale da display;
- Possibilità di selezionare diverse tipologie e tempi di accelerazione e decelerazione;
- Segnalazione sul display (digitale) di ogni eventuale guasto dei circuiti e dei sensori;
- Capacità: minima 1,6 lt;
- Rotore oscillante;
- Installazione e rimozione del rotore in modo agevole;
- Cestelli basculanti, con coperchio, per provette (tubi) 13x75 mm.; 13x100 mm.; 16x100 mm;
- Velocità massima di centrifugazione: non inferiore a 5.000 rpm con rotore oscillante;
- RCF max (forza di sedimentazione): non inferiore 25 g;
- Dimensioni e peso ridotti (dati indicativi: larghezza 45 cm, profondità 65 cm e peso 70 Kg);
- Livello di rumorosità: non superiore a 65 dB(A)
- Rotore ed altri componenti inclusi per il perfetto e completo funzionamento della apparecchiatura;
- Garanzia post-vendita 24 mesi con opzione "Full-Risk" comprensiva di danni accidentali.

L'Aquila, 07/09/2022

Dr.ssa Stefania Colafrancesco
ASL 130/201
COLAFRANCESCO Stefania
Codice 0011003599

