

Prot. N. 0049067/14 L'Aquila, li 20/05/2014

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO

OGGETTO: Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche "Archi a C" mobili mediante fornitura di servizio in noleggio di durata quadriennale e riscatto finale - Procedura Negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 D.Lgs.163/2006 distinta in Due Lotti - Lotto n°1: n.4 Apparecchiature Radiologiche Arco a C mobili per le UU.OO.CC Urologia, Blocco Operatorio e Chirurgia e Diagnostica Endoscopica del P.O. di L'Aquila, importo complessivo presunto € 540.000 oltre iva - Lotto n°2: n.1 Apparecchiatura Radiologica Arco a C mobile specifico per l'U.O.C Neurochirurgia del P.O. di L'Aquila, importo complessivo presunto € 160.000 oltre iva - Delib. di indizione n.1910/13.

Numero gara Avcp: 5586804 Lotto1 CIG 574797857F Lotto2 CIG 57480733E5

COMUNICAZIONE IN RISPOSTA AD ISTANZE DI CHIARIMENTI RICEVUTE

In merito all'oggetto, sono pervenute a questa U.O.C. alcune richieste di chiarimento e pertanto, si comunica che:

1. In relazione all'Offerta Tecnica si precisa che la documentazione richiesta al punto 3) di pag.5/11 è solo indicativa. Ciascuna ditta pertanto può presentare la documentazione illustrativa e descrittiva che ritiene idonea a meglio descrivere i prodotti offerti. Per ciò che concerne il punto 5) di pag.6/11, ciascuna ditta può presentare ovviamente documentazione a corredo della "Relazione sui servizi connessi alla fornitura" fermo restando la necessità di contenere quest'ultima entro n.5 pagine come indicato nella lettera di invito.
2. Gli importi indicati in lettera di invito per ciascun lotto sono da ritenersi non superabili.
3. In relazione al lotto n.2 si ribadisce che le specifiche tecniche in A2), tra l'altro, prevedono:
 - Presenza di uscita video BNC per collegamento con il neuronavigatore mod. StealthStation S7 della Medtronic attualmente in uso presso la Sala Operatoria di Neurochirurgia del Blocco Operatorio del P.O. di L'Aquila per poter visualizzare l'immagine sul monitor dello stesso neuro navigatore
 - Compatibilità completa con il calibration target (accessorio già in dotazione) e con il software installato sul neuronavigatore mod. StealthStation S7.

La manualistica disponibile per il neuronavigatore del P.O. di L'Aquila non è volutamente inclusa nella documentazione di gara in quanto trattasi del noto modello StealthStation S7 della Medtronic. Si rende pertanto necessario che la ditta dichiari nell'offerta l'effettiva compatibilità del proprio prodotto con riferimento al citato neuronavigatore modello StealthStation S7 della Medtronic.


Si informa, infine, che con la presente comunicazione si esauriscono i chiarimenti inviati dal Responsabile del Procedimento in risposta alle istanze ricevute.

La presente deve essere firmata per accettazione ed inserita nel plico della documentazione amministrativa, in considerazione comunque del fatto che le informazioni comunicate hanno caratteristica peculiare di chiarimenti forniti in risposta ad istanze pervenute e non comportano modifiche alle caratteristiche tecniche di gara né alle modalità di valutazione delle offerte.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Alessandro Tammaro)

 1/1